

Lietošanas pamācība

Šajā dokumentā ir iekļauta jaunākā lietošanas pamācība. Lūdzu, izlasiet to un glabājet drošā vietā.

Lietošanas pamācība ir spēkā arī Medealis produktiem ar šādiem tirdzniecības nosaukumiem:
Anclator, Clic'n Loc, K-LOCK, LOcON, PrimeLOC, SICwhite+, Zantoloc, Overlock

1. SISTĒMAS APRAKSTS

Docklocs piestiprināšanas sistēma ir paredzēta zobu protēžu retensijai un izstrādāta, lai fiksētu pilnas zobu protēzes (totālās zobu protēzes) vai daļējas zobu protēzes, ko pilnībā vai daļēji balsta endosālie implanti apakšzoklī vai augšzoklī. Ar Docklocs piestiprināšanas sistēmu pacients var izņemt zobu protēzi un ievietot to atpakaļ.

2. SISTĒMAS KOMPONENTI


Docklocs piestiprināšanas sistēma sastāv no šādiem komponentiem:

2.1 Sekundārās daļas (abatmenti)

Docklocs sekundārās daļas ir iepriekš izgatavoti zobu abatmenti, ko kombinācijā ar endosāliem implantiem izmanto kā bāzi zobu protēžu retensijai augšzoklī un apakšzoklī. Tie ir pieejami dažādā dizainā un smaganu augstumā.

2.2 Matricas sistēma

Matricas sistēmā ir divas daļas: tā sastāv no protēzes stiprinājuma korpusa, kas ir fiksēts zobu protēzē, un plastmasas retensijas ieliktnē, kas, pateicoties savai ģeometrijai (atdalāmam saķeres savienojumam), pārnes retensijas spēku uz abatmentu. Lietotājam ir pieejami dažādu dizainu (ģeometrijas, materiāla) protēžu stiprinājumu korpusi un septiņi retensijas ieliktni dažādās krāsās protezēšanas atjaunošanai. Krāsa apzīmē pielietojuma diapazonu un novilkšanas spēku, ko lietotājs var sasniegt. Izšķir divas pielietojuma jomas, kurās ievietošanas virziena leņķiskā atšķirība starp abatmentiem var būt līdz 20° vai līdz 40° un starp trim novilkšanas spēkiem (aiztures spēkiem) kā vieglu, vidēju un spēcīgu.



2.3 Sistēmas instrumenti

Sistēmas instrumenti ir paredzēti Docklocs abatmentu un stiprinājuma skrūvju pievilkšanai un atslābināšanai. Tiem ir zobārstniecības instrumentu rotācijas vārpsta atbilstoši DIN EN ISO 1797-1. Skrūvgriezim ar turēšanas uzmanu abatments tiek turēts uz instrumenta caur turēšanas uzmanu. Instrumenti ir mehāniski darbināmi un atkārtoti lietojami.

2.4 Palīginstrumenti

2.4.1. Leņķa mērišanas ierīce

Leņķa mērišanas ierīci izmanto, lai noteiku leņķu starpību abatmentu ievietošanas virzienā. To lieto mutes dobumā vai uz modeļa, un to var izmantot atkārtoti.

2.4.2. Universālie instrumenti

Universālie instrumenti ir paredzēti retensijas ieliktni maiņai protēžu stiprinājuma korpusā. Sarkani zeltītais stiprinājums četrdaļīgajam universālajam instrumentam tiek izmantots, lai manuāli pievilktu un atbrīvotu Docklocs abatmentus.

2.5 Sistēmas piederumi

Sistēmas piederumi, piemēram, bloķēšanas starplikas, laboratorijas analogs, apstrādes starplikas, nospieduma statnis ar nospieduma vāciņu, nospieduma pārklājums ar melnu apstrādes ieliktni un atlases abatmenti ir pieejami kā palīgdetāļas protezēšanas restaurācijai.

3. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Docklocs piestiprināšanas sistēma ir paredzēta, lai pilnībā vai daļēji piestiprinātu noņemamās pilnas vai daļējas protēzes pie abatmentiem, ko notur zobu implanti apakšžoklī vai augšžoklī.

3.1. INDIKĀCIJAS

- Docklocs abatmenti ir paredzēti savienošanai ar endosozajiem zobu implantiem augšžoklī vai apakšžoklī.
- Docklocs stieņveida abatments ir paredzēts kā papildu fiksācijas elements uz pēc pasūtījuma frēzētiem zobārstniecības stieņiem.
- Protēze tiek piestiprināta pie abatmentiem, izmantojot matricas sistēmu, izmantojot noņemamu fiksējošo savienojumu.
- Skrūvgrieži ir paredzēti abatmentu un stiprinājuma skrūvju pievilkšanai un/vai atslābināšanai.
- Palīginstrumenti un aksesuāri paredzēti protezēšanas restaurācijas plānošanai un izgatavošanai.

3.2. KONTRINDIKĀCIJAS

- Nav ieteicams lietot ar vienu implantu, ja vertikālā novirze pārsniedz 20° vai ja novirze starp implanta asīm pārsniedz 40°.
- Nav piemērots, ja ir vēlama protēzes pastāvīga fiksācija.
- Piestiprināšanas sistēma nav piemērota pacientiem ar paaugstinātu jutību vai alerģiju pret titānu (Ti-6Al-4V), cirkonija oglekļa nitrīda pārklājumu (ZrCN) vai poliamīda PA (retensijas ieliktņu materiāls).

4. UZMANĪBU!

ASV un vairuma citu valstu tiesību akti ierobežo šī produkta pārdošanu, ko veic licencēts zobārststs vai pēc viņu pasūtījuma.

5. PAZINOJUMS PAR NOPIETNIEM INCIDENTIEM

Saskaņā ar Regulu 2017/745/ES uz pacientiem/lietotājiem/trešajām pusēm Eiropas Savienībā un valstīs ar identiskiem reglamentējošiem režīmiem attiecas tālāk norādītais:

Tālāk norādītais attiecas uz visiem šajā lietošanas pamācībā minētajiem produktiem:

Ja saistībā ar produktu(-iem) vai lietošanu notiek nopietns incidents, par to jāziņo šajā lietošanas pamācībā minētajam ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts, vai ir patstāvīgais iedzīvotājs.

6. PAREDZĒTIE LIETOTĀJI UN PACIENTU GRUPA

- Piestiprināšanas sistēmu drīkst izmantot tikai zobārstniecības profesionāli!
- Piestiprināšanas sistēma ir paredzēta pacientiem, kuriem tiek veikta ārstēšana ar zobu implantiem.

7. KLĪNISKIE IEGUVUMI UN NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

7.1. Klīniskais ieguvums

Piestiprināšanas sistēmas klīniskais ieguvums ir pacienta košlājamās funkcijas atjaunošana.

7.2. Nevēlamās blakusparādības

Principā implantoloģiju un protezēšanu nevar uzskatīt par neatkarīgām viena no otras.

Zobārstniecības procedūras var izraisīt tādas nevēlamas sekas kā asinošana, hematoma un infekcija. Papildu nelabvēlīga ietekme var būt mīksto audu iekaisuma reakcijas (mukozīts, periimplantīts).

Izmantotie materiāli var izraisīt nevēlamas sekas pacientiem ar nepanesību alerģiskas reakcijas veidā, kas lokāli var izpausties ar stomatītu, sarkano plakano ēdi, gingivītu vai periodontītu.

Jutīgiem pacientiem abatmentu ievietošana un noņemšana var izraisīt vēlmi rīstīties (rīkles reflekss).

8. MRI DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Docklocs piestiprināšanas sistēmas drošība un saderība magnētiskās rezonances (MR) vidē nav pārbaudīta. Tā nav pārbaudīta attiecībā uz karsēšanu, migrāciju vai attēla artefaktiem MR vidē. Docklocs piestiprināšanas sistēmas drošība MR vidē nav zināma. Skenējot pacientu, kuram ir šī stiprinājuma sistēma, pacients var tikt ievainots.

9. UZGLABĀŠANA UN PĀRVIETOŠANA

Docklocs piestiprināšanas sistēmai, kas ir oriģinālajā un nebojātajā iepakojumā, nav īpašu apsvērumu attiecībā uz transportēšanu un pārvietošanu. Uzglabāšanai jābūt sausā vietā istabas temperatūrā. Sargāt no tiešas saules gaismas.

10. BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Pirms lietošanas ir jāpārbauda produkta integritāte un pilnīgums. Produktus, kas ir bojātā iepakojumā, nedrīkst lietot pacientiem. Ja iepakojums ir bojāts, bojātais iepakojums kopā ar produktu jānodod atpakaļ ražotājam. Nomaiņa tiks nodrošināta tikai tad, ja iepakojuma bojājumi radušies preces sūtīšanas dēļ.

Ja Docklocs implanta abatments tiek pakļauts neatbilstošiem slodzes apstākļiem, iespējams, metāla noguruma risks.

Tā kā kirurgiskie instrumenti ir pakļauti bojājumiem un nodilumam, tie jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.(Redīgēts)Atjaunot oriģinālu Uzlīmēm jābūt redzamām un salasāmām. Lai nodrošinātu pareizu darbību, visi atkārtoti lietojamie instrumenti ir jānomaina, tiklīdz ir konstatēti bojājumi vai nodilums. Lietošanas reižu skaits ir atšķirīgs un ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp, bet neaprobežojoties ar kaulu blīvumu, apiešanos, pareizu tīrišanu, iedarbību uz autoklāvu un uzglabāšanas apstākļiem (neglabājiet instrumentus vai instrumentus slapjus). Laika gaitā atkārtota sterilizēšana var ietekmēt uzlīmju izskatu un redzamību. Ja tas attiecas uz kirurgisko instrumentu, pārbaudiet savienojuma funkcijas nodilumu, lai pārliecinātos, ka savienojums nav bojāts.

Pacienta novērtējums, tostarp vispārējā veselības stāvokļa, mutes higiēnas paradumu un stāvokļa noteikšana, labas zobu aprūpes motivācija un anatomiskā akceptēšana ir ļoti svarīga pirms implantu fiksatoru ievietošanas kā daļu no atjaunojošās procedūras. Ir obligāti rūpīgi jāizvērtē pacienta veselības stāvoklis un anamnēze. Ārstēšanas plānošanai ir izšķiroša nozīme, lai implants un protēze izdots.

Vienmēr ievērojiet implanta ražotāja lietošanas pamācību! Daži implantu ražotāji katram implantam pieļauj tikai 10° atšķirību, lai izvairītos no pārmērīgas mehāniskās slodzes.

Lai izmantotu šo piestiprināšanas sistēmu, klīnicistam ir jāpārzina produkts un tā lietošanas un pielietošanas metode. Klīnicistam ir jāizmanto racionāls pamatojums, pieņemot lēmumu, kad un kur lietot produktu.

Protezēšanas laikā vienmēr jāņem vērā pacienta individuālā situācija. Ja ir acīmredzami parafunkcijas vai temporomandibulāras locītavas traucējumi, piemēram, bruksisms, ir svarīgi tos īņemt vērā ārstēšanas laikā.

11. VIENREIZLIETOJAMIE PRODUKTI

Izņemot instrumentus un instrumentāciju, visi Docklocs piestiprināšanas sistēmas komponenti ir vienreizlietojami produkti un tiek piegādāti nesterili. Vienreizlietojamos produktus nedrīkst lietot atkārtoti vai atkārtoti sterilizēt. Ja vienreizlietojamais produkts tiek izmantots atkārtoti, pacientam var tikt nodarīts kaitējums, pārnesot asinis, audus vai siekalu šķidrumus, kas var saturēt infekcijas slimības. Vienreizlietojamie produkti, kas ir atkārtoti sterilizēti, var nedarboties, kā paredzēts, un var izraisīt nepareizu ķirurģisku procedūru un produkta darbības traucējumus vai kļūmes.

Docklocs retensijas ieliktņi: Docklocs retensijas ieliktņi, kas tiek netīšām atkārtoti izmantoti, var izraisīt totālās zobu protēzes retensijas zudumu iepriekšējās lietošanas nodiluma vai bojājumu dēļ, ja tos noņem ar Docklocs retensijas ieliktņa rīku.

Docklocs stiprinājumi: Docklocs stiprinājumi, kas tiek nejauši izmantoti atkārtoti, var saturēt pacienta piesārņojumu, netīrumu uzkrāšanos un sekojošu retensijas ieliktņu nodilumu. Tas novestu pie nepareizas pieguļanas un darbības, kā rezultātā protēze varētu zaudēt retensiju.

12. IERĪCES VAIRĀKKĀRTĒJAI LIETOŠANAI

Docklocs piestiprināšanas sistēmas ķirurģiskie rīki un instrumenti ir produkti, kas paredzēti vairakkārtējai lietošanai. Atkārtoti lietojamie rīki un instrumenti pirms atkārtotas lietošanas pacientam ir jātīra un jāsterilizē.

Instrumenti: Docklocs instrumenti ir paredzēti vairakkārtējai lietošanai un tiek piegādāti **NESTERILI**. Ievērojiet norādījumus par pareizu nesterilu komponentu sterilizāciju un norādījumus par atkārtoti lietojamu komponentu tīrīšanas un atkārtotas sterilizācijas procesu.

13. TĪRĪŠANA, DEZINFEKCIJA UN STERILIZĀCIJA

Pirms katras lietošanas instrumenti/protēžu komponenti jātīra un jāsterilizē.(Rediģēts)Atjaunot oriģinālu Tas jo īpaši attiecas arī uz sākotnējo lietošanu pēc piegādes, jo instrumenti/protēžu komponenti tiek piegādāti **nesterili**.

Neilona (PA6.6) retensijas ieliktnus, apstrādes ieliktnus un paralelizācijas statni **nedrīkt** sterilizēt autoklāvā. Produkti ir ķīmiski jādezinficē; pretējā gadījumā var tikt traucēta produktu darbība. Tas ietver arī kombinētos produktus, piemēram, protēžu korpusus un nospiedumu pārklājumu ar integrētu melnu/dzeltenu apstrādes ieliktni.

Pirms lietošanas jāveic šāda sterilizācijas procedūra:

LŪDZU, IZLASIET ARĪ RAŽOTĀJA INFORMĀCIJU UN INSTRUKCIJAS PAR MEDEALIS KOMPONENTU, ĶIRURĢISKO INSTRUMENTU UN PROTĒŽU TĪRĪŠANU/STERILIZĀCIJU vietnē:

<https://www.meddealis.de/service/downloads>

13.1. Abatmenti, uzgalis, sistēmas skrūves

Metode	Procedūra	Temperatūra	Minimālais turēšanas laiks *	Žāvēšanas laiks
Pārkarsēti tvaiki	Vakuma process (3x frakcionēts iepriekšējais vakuums)	134° C	5 minūtes	20 minūtes

* Ir norādīti minimālie turēšanas laiki. Darbības laiki ir garāki un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma.

13.2. Universālie instrumenti, sistēmas instrumenti, lenķa mērišanas instruments, nospiedumu pielāgošana

Metode	Procedūra	Temperatūra	Minimālais turēšanas laiks *	Žāvēšanas laiks
Pārkarsēti tvaiki	Vakuma process (3x frakcionēts iepriekšējais vakuums)	134° C	5 minūtes	20 minūtes

* Ir norādīti minimālie turēšanas laiki. Darbības laiki ir garāki un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma.

* *Instrumentus drīkst ievietot autoklāvā vai sterilizēt tikai izjauktā stāvoklī.*

13.3. HPP Retensijas ieliktni (PA 12-GB 30), bloķēšanas starplika, skenēšanas uzgalis

Metode	Procedūra	Temperatūra	Minimālais turēšanas laiks *	Žāvēšanas laiks
Pārkarsēti tvaiki	Vakuma process (3x frakcionēts iepriekšējais vakuums)	134° C	5 minūtes	20 minūtes

* Ir norādīti minimālie turēšanas laiki. Darbības laiki ir garāki un var atšķirties atkarībā no aprīkojuma.

13.4. Dezinfekcija

Izmantojiet tikai dezinfekcijas līdzekļus ar pārbaudītu efektivitāti (piemēram, VAH/DGHM vai FDA apstiprinājums vai CE markējums). Vienmēr ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa attiecīgā ražotāja informāciju, instrukcijas un brīdinājumus.

Apstiprināta procedūra tādu produktu dezinfekcijai, kurus nevar sterilizēt:

Dezinfekcijas līdzeklis: **Cidex® OPA** no JOHNSON & JOHNSON GmbH.

(*Cidex® OPA ir Johnson & Johnson reģistrēta preču zīme*)

Pilnībā iegremdējet medicīnisko ierīci CIDEX® OPA šķīdumā istabas temperatūrā (20° C) vismaz uz 5 minūtēm, lai visi lūmeni būtu piepildīti un visi gaisa burbuļi tiktu izvadīti. Izņemiet produktu no šķīduma un rūpīgi izskalojiet saskaņā ar šādiem skalošanas norādījumiem:

- Pēc medicīniskās ierīces izņemšanas no CIDEX® OPA šķīduma pilnībā iegremdējet to 1 litrā demineralizēta ūdens. Pēc tam skalojiet medicīnisko ierīci zem tekoša ūdens 30 sekundes.
- Atkārtojiet abas darbības: iegremdēšana un skalošana, lai dezinfekcijas līdzeklis tiktu pilnībā noņemts.
- Pēc otrās skalošanas veiciet pēdējo skalošanu 10 sekundes 70 % izopropanolā.

14. LIKVIDĒŠANA

Atbrīvojieties no izlietotajiem produktiem, kas rada infekcijas risku, saskaņā ar klīnisko atkritumu procedūrām, kas attiecas uz iestādi, un piemērojamiem vietējiem un valsts noteikumiem.

15. VEIKTSPĒJAS PRASĪBAS UN IEROBEŽOJUMI

15.1. Saderība

Docklocs piestiprināšanas sistēmas abatmentus drīkst kombinēt tikai ar tiem paredzētām implantu sistēmām.

Pārbaudiet, vai produkti ir saderīgi, apskatot identifikāciju uz produktu vai produktu etiķetēm.

Ar abatmentiem saderīgās implantu sistēmas ir norādītas zemāk esošajā tabulā:

1. tabula. Saderīgas implantu sistēmas un saistītie pievilkšanas griezes momenti

15.2. Veikspēja

Lai sasniegtu vēlamo Docklocs piestiprināšanas sistēmas veikspēju, savā starpā drīkst kombinēt tikai tos produktus, kas uzskaņīti šajā lietošanas pamācībā. Katru produktu drīkst lietot tikai atbilstoši tam paredzētajam lietojumam. Jāievēro visas parametru specifikācijas, kas ir minētas lietošanas pamācībā un attiecas uz attiecīgo produktu.

16. IETEICAMAIS PIEVILKŠANAS GRIEZES MOMENTS

Pievelciet Docklocs abatmentu vai abatmenta skrūvi ar kalibrētu griezes momenta atslēgu līdz tabulā norādītajam pievilkšanas griezes momentam.

Svarīgi! Vēlreiz pārbaudiet norādīto pievilkšanas griezes momentu pēc 5 minūtēm un vajadzības gadījumā izlabojiet.

<i>1. tabula. Saderīgas implantu sistēmas un saistītās pievilkšanas griezes momenta vērtības</i>		
Implantu sistēma	Viengabala abatmenti (Ncm)	Stiprinājuma skrūve leņķeida abatmentam (Ncm)
Straumann®		
Bone Level NC	30	30
Bone Level RC	30	30
Tissue Level NNC	30	30
Tissue Level RN	30	30
Tissue Level WN	30	30
LOGON®		
LOGON 3,3mm	30	30
LOGON 3,8mm	30	30
LOGON 4,3mm	30	30
LOGON 5,0mm	30	30
Camlog®		
iSy®	25	25
Camlog® Ø3.3mm	20	20
Camlog® Ø3.8mm	30	30
Camlog® Ø4.3mm	30	30
Camlog® Ø5.0mm	30	30
Conelog® Ø3.3mm	20	20
Conelog® Ø3.8mm	30	30
Conelog® Ø4.3mm	30	30
Conelog® Ø5.0mm	30	30
MegaGen		
AnyRidge®	30	30
AnyOne® Onestage	30	30
AnyOne® Internal	30	30
AnyOne® mini	30	30
Botticelli		
Botticelli small	25	25
Botticelli regular	25	25
Bego		
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	30	30
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm	30	30
OSSTEM®/ HiOssen Implant®		
TS System Mini (gelb)	30	30
ET-System Mini (gelb)	30	30
TS System Regular (grün)	30	30
ET-System Regular (grün)	30	30
NEODENT®		

Grand Morse®	30	30
Champions		
Champions (R)evolution®	30	30
Dyna Dental®		
Helix	30	30
Medentis®		
ICX	30	30
Dentsply Sirona®		
Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm	25	25
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm	30	30
Astra OsseoSpeed® Profile EV 3.6mm	25	25
Astra OsseoSpeed® EV und Profile EV 4.2mm	30	30
Astra OsseoSpeed® EV und Profile EV 4.8mm	30	30
Ankylos® C/X	25	25
Nobel Biocare®		
NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	35	35
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	35	35
NobelReplace® Tri-Channel 5.0mm	35	35
NobelActive® Conical NP	35	35
NobelActive® Conical RP	35	35
Bränemark System® External Hex NP	35	35
Bränemark System® External Hex RP	35	35
Bränemark System® External Hex WP	35	35
Zimmer Biomet®		
Tapered Screw-Vent® 3.5mm	30	30
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	30	30
Tapered Screw-Vent® 5.7mm	30	30
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm	30	30
3i External Hex RP 4.1mm	30	30
3.4mm Certain® Connection	30	30
4.1mm Certain® Connection	30	30
BioHorizons®		
Tapered Internal Implant System 3.5mm	30	30
Tapered Internal Implant System 4.5mm	30	30
Tapered Internal Implant System 5.7mm	30	30
LASAK		
BioniQ Regular	25	25
BioniQ Narrow	25	25
Bredent Medical		
SKY®	30	30
copaSKY®	30	30
Southern Implants®		
EXTERNAL HEX Ø 3,0mm	30	30
EXTERNAL HEX Ø 3,25mm	30	30
EXTERNAL HEX Ø 4,0mm	30	30
EXTERNAL HEX Ø 5,0mm	30	30
C-Tech Implant		
EL/Esthetic Line	30	30
Produkti, kas markēti ar ®, ir attiecīgā ražotāja reģistrētas preču zīmes.		

17. PROTEZĒŠANAS PROCEDŪRAS

Pamatojoties uz pacienta pirmsoperācijas novērtējuma rezultātiem, klīnicistam jāizvēlas un jāpasūta atbilstošais Docklocs abatments, pamatojoties uz implanta veidu, diametru un smaganu augstumu.

Ir obligāti jānoņem visi kauli un mīkstie audi no implanta korpusa virsotnes aspekta, lai nodrošinātu pilnīgu abatmenta novietojumu.

17.1. Nospiedumu un akmens modeļu izgatavošana

- Kad Docklocs abatmenti ir iegriezti vietā, uzspiediet uz abatmentu nospieduma apvalkiem, līdz tie ir stingrinofiksēti
- Turpiniet ar nospieduma noņemšanu
- Noņemiet paliktni un atdaliet laboratorijas analogu katrā nospieduma apvalkā
- Iegūstiet abatmenta pozīciju akmenī, izmantojot standarta metodes laboratorijas akmens modeļa izgatavošanai

17.2. Protēžes izgatavošana

- Novietojiet Docklocs protēžu stiprinājumu korpusus ar melnajiem apstrādes ieliktņiem uz katras no abatmentiem.
- Izgatavojiet protēzes, izmantojot standarta laboratorijas metodes.
- Levetojot protēzi, sākotnēji izmantojiet retensijas ieliktni ar zemāko retensijas līmeni un pēc vajadzības palieliniet retensijas līmeni.

17.3. Protēžu stiprinājuma korpusa paņemšanas metode krēslā (pēc izvēles)

- Novietojiet atdalāmu starpliku ap katru abatmentu un nospiediet to uz leju.
- Novietojiet Docklocs protēžu stiprinājuma korpusu ar melno apstrādes ieliktni uz katras no abatmentiem.
- Nostipriniert protēžu stiprinājumu korpusus pie protēzes, izmantojot gaismas cietēšanas, automātiskās polimerizācijas vai kompozītmateriālu sveķus, ievērojot attiecīgās materiāla vadlīnijas katrai savākšanas metodei.

17.4. Protēzes ievietošana

- Kad protēzes atbilstība ir pārbaudīta, noņemiet melnos apstrādes ieliktņus no katras protēžu stiprinājuma korpusa, izmantojot Docklocs universālo instrumentu (lai iegūtu papildu norādījumus, lūdzu, skatiet Docklocs universālo instrumentu lietošanas pamācību).
- Vispirms nomainiet tos ar zemākā līmeņa retensijas ieliktni un, ja nepieciešams, palieliniet retensijas līmeni. Stingri ievietojiet protēzi un pārliecinieties, ka katrs ieliktnis ir pilnībānofiksēts katrā abatmentā.

17.5. Retensijas ieliktni

Retensijas ieliktnis caurspīdīgs, rozā, zils, ar dubultu retensiju	Retensijas ieliktnis pelēks	Retensijas ieliktnis zaļš, oranžs, sarkans paplašinātam pielietojuma diapazonam
Izmantojot aiztures ieliktnus ar dubulto retensiju, maksimālā atjaunojamo Docklocs abatmentu novirze var būt līdz 20°		
Caurspīdīgs, ar augstu retensiju (*2200 g/22 N)	Rozā, ar vidēju retensiju (*1200 g/12 N)	Zils, ar vieglu retensiju (*700 g/7 N)
Pelēks, bez retensijas Izmantot pagaidu Docklocs® abatmentu ilgstošai restaurācijai un aizsardzībai, kas nav iekļauti protēžu retensijā	Sarkans, ar vieglu retensiju (*600 g/6 N)	Oranžs, ar vieglu retensiju (*1000 g/10 N)
Ja implanta ass novirze pārsniedz 20° līdz 40°, jāizmanto retensijas ieliktni no paplašinātā pielietojuma diapazona		
Sākotnēji ievietojot divus vai vairākus Docklocs abatmentus, ieteicams izmantot retensijas ieliktni ar zemāko retesiju.		
* Retensija (izvilkšanas spēks) tiek noteikts optimālos apstākjos; tādi faktori kā izmēru pielaides, aksiālās novirzes un nodilums var ietekmēt atsauces vērtību!		

Uzmanību! Lenķveida abatmentus var izmantot tikai kopā ar sarkaniem/oranžiem/zaļiem retensijas ieliktniem.

17.6. DZĪŠANAS FĀZE

Aizkavētas noslodzes protokoli: atslogojiet protēzi, lai nodrošinātu, ka abatmenti nesaskaras ar protēžu akrilu. Lai nodrošinātu pacienta komfortu dzīšanas fāzē, protēzei var pievienot mīkstu starpliku.

18. UNIVERSĀLIE INSTRUMENTI

A0019 Universāls instruments (2 daļu)



A0020 Universāls instruments (4 daļu)



Norādījumi retensijas ieliktnu noņemšanai

Lai noņemtu retensijas ieliktnus, uzgalis ir jāpagriež pietiekami tālu no centrālās daļas, lai starp tiem būtu redzama neliela atstarpe. Tas nodrošina, ka atbrīvošanas tapa atrodas pietiekami tālu atpakaļ galā.



Pēc tam galu vertikāli ievieto retensijas ieliktni matricas korpusā. Retensijas ieliktnis tiek noņemts no matricas korpusa ar nelielu noliešanas kustību. Uzgaļa asās malas stingri notur retensijas ieliktni uz gala. Pagriežot uzgali pulksteņrādītāja virzienā uz centrālo daļu, uzgaļa iekšpusē esošā atbrīvošanas tapa tiek nobīdīta uz priekšu un atbrīvo retensijas ieliktni no uzgaļa.



19. PACIENTA APRŪPE

Laba mutes higiēna ir ļoti svarīga, lai gūtu panākumus ar Docklocs piestiprināšanas sistēmu. Pacients jāinformē par sekojošo:

- Docklocs stiprinājumi ir rūpīgi jāiztīra katru dienu, lai novērstu aplikuma bioplēves uzkrāšanos. Lai notīrtu abatmentus, pacientam jāizmanto mīksta neilona birste vai zobu birste ar neabrazīvu zobu pastu.
- Abrazīvās zobu pastās esošās rupjās daļīnas var saskrāpēt abatmentu virsmu un izraisīt papildu aplikuma uzkrāšanos.
- Ieteicams izmantot irigācijas sistēmu, lai izskalotu netīrumus no Docklocs retensijas ieliktņu iekšpuses.
- Docklocs retensijas ieliktņi ir izgatavoti no elastīga plastmasas materiāla, lai totālās zobu protēzes varētu regulāri noņemt un atkārtoti ievietot. Plastmasas materiāli parastas lietošanas laikā ir pakļauti noteiktam nodilumam, un tie var būt jānomaina.
- Bruksisms (zobu griešana) nolieto Docklocs abatmentus un var samazināt retensijas ieliktņu ilgmūžību.

Pacienti jāinstruē regulāri apmeklēt higiēnas pārbaudes un novērtēt piesaistes funkciju. Ja pacientam rodas diskomforts vai totālās zobu protēzes retensijas zudums, viņam jākonsultējas ar zobārstu.

Pārbaudes vizītes ir ieteicamas ik pēc 6 mēnešiem. Abatmenti ir jāpievelk pārbaudes vizītēs saskaņā ar iepriekš sniegtajām griezes momenta specifikācijām. Ja abatmenti netiek atkārtoti pievilkti, skrūve var atslābt un var rasties abatmenta lūzums. Katrā pārbaudes vizītē pacienti jāpārbauda, vai nav iekaisuma simptomu ap implantu abatmentiem un implanta kustīgumu.

20. TOTĀLO ZOBU PROTĒŽU IELIKŠANA UN IZNEMŠANA

Pacients jāinstruē, kā pareizi ielikt totālās zobu protēzes. Pirms spiediena izdarīšanas pacientam ir jāpārliecinās, ka tā ir pareizi novietota virs abatmentiem. Pacientam ir jāizmanto abas rokas un jāpiespiež uz leju katrā pusē, līdz totālā zobu protēze stingrinofiksējas vietā.

PIEZĪME. Pacients NEDRĪKST iekost savu totālo zobu protēzi vietā, jo šis spēks izraisīs nepareizu abatmentu un retenijas ieliktņu nodilumu. Pacients var noņemt totālo zobu protēzi, novietojot īkšķus zem protezēšanas atloku malām un vienlaikus velkot abas puses uz augšu (apakšējā protēze) vai uz leju (augšējā protēze). Mēles lietošana var palīdzēt izņemšanas procesā. Pēc noņemšanas ieteicams rūpīgi notīrt.

21. RETENSIJAS IMPLANTA TOTĀLĀS ZOBU PROTĒZES TĪRĪŠANA

Norādiet pacientam ievērot tālāk norādīto protokolu, lai nodrošinātu totālās zobu protēzes ilgmūžību.

1. Lai novērstu totālās zobu protēzes lūzumu, piepildiet izlietni ar siltu ūdeni. Uzklājiet neabrazīvu zobu pastu uz mīkstas neilona birstes vai zobu birstes ar plūksnām un rūpīgi notīriet katru totālās zobu protēzes virsmu.
2. Katru vakaru izņemiet totālo zobu protēzi un noskalojiet to ar tīru ūdeni.

22. PAPILDINFORMĀCIJA

Lai apstrādātu stiprinājumus pacienta totālajā zobu protezē, jāievēro tradicionālie atjaunošanas protokoli. Lai nodrošinātu katras restaurācijas ilgmūžību, jāievēro standarta totālās zobu protēzes kopšana un apkope.

Papildinformāciju var atrast mūsu tehniskajā rokasgrāmatā, kas ir pieejama lejupielādes sadalā:

<https://www.meddealis.de/service/downloads>

23. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Sekundāras daļas		
Produkti	Attēls	Materiāls
Abatments viendaļīgs taisns		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda (ZrCN) ⁽²⁾ pārklājumu,
Abatmenta leņķis 18° ar stiprinājuma skrūvi		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda (ZrCN) ⁽²⁾ pārklājumu,
Uzmanību! Leņķveida abatmentus var izmantot tikai kopā ar sarkaniem/oranžiem/zaiļiem retensijs ieliktniem.		
Abatmentu komplekts A Viendaļīgs taisns abatments ar protēžu korpusu ar apstrādes ieliktni, retensijs ieliktniem zils/rozā/caurspīdīgs/sarkans/oranžs/zaļš, bloķēšanas starplikas un paralēls balsts		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda (ZrCN) ⁽²⁾ pārklājumu, polietilēnu ⁽⁵⁾ , poliamīdu ⁽³⁾ , TPE ⁽⁶⁾ /silikonu ⁽⁷⁾
Abatmentu komplekts B Balsts leņķi 18° ar stiprinājuma skrūvi, protēžu korpusu ar apstrādes ieliktni, retensijs ieliktniem sarkanu/oranžu/zaļu, bloķējošu starpliku un paralēlu balsts		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda (ZrCN) ⁽²⁾ pārklājumu, polietilēnu ⁽⁵⁾ , poliamīdu ⁽³⁾ , TPE ⁽⁶⁾ /silikonu ⁽⁷⁾
Uzmanību! Leņķveida abatmentus var izmantot tikai kopā ar sarkaniem/oranžiem/zaiļiem retensijs ieliktniem.		

23.1. UDI-DI pamatinformācija:

Nākamajā tabulā ir ietverta pamatinformācija par UDI-DI tajos iekļautajiem datiem Aprakstīto produktu lietošanas pamācība.


Abatmenti/Abatmentu komplekti				
Implantu sistēma	Viendaļīgs taisns abatments	Viendaļīgs leņķveida abatments ar sistēmas skrūvi	Viendaļīgs taisns abatmentu komplekts protēžu restaurācijai Komplekts A	Viendaļīgs leņķveida abatmentu komplekts ar sistēmas skrūvi protēžu restaurācijai Komplekts B
Straumann®				
Bone Level NC	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bone Level RC	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tissue Level NNC	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tissue Level RN	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tissue Level WN	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Camlog®				
iSy®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Camlog® Ø3.3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Camlog® Ø3.8mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Camlog® Ø4.3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Camlog® Ø5.0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Conelog® Ø3.3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Conelog® Ø3.8mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Conelog® Ø4.3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Conelog® Ø5.0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
MegaGen				
AnyRidge®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
AnyOne® Onestage	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
AnyOne® Internal	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
AnyOne® mini	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Botticelli				
Botticelli small	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Botticelli regular	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bego				
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
OSSTEM®/ HiOssen Implant®				
TS System Mini (gelb) ET-System Mini (gelb)	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
TS System Regular (grün) ET-System Regular (grün)	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
NEODENT®				
Grand Morse®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Champions				
Champions (R)evolution®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Dyna Dental®				
Helix	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Medentis®				
ICX	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Dentsply Sirona®				
Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Astra OsseoSpeed® EV 3.6mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Astra OsseoSpeed® EV und Profile EV 4.2mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Astra OsseoSpeed® EV und Profile EV 4.8mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Ankylos® C/X	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
LOGON®				


LOGON 3,3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
LOGON 3,8mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
LOGON 4,3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
LOGON 5,0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Nobel Biocare®				
NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
NobelReplace® Tri-Channel 5.0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
NobelActive® Conical NP	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
NobelActive® Conical RP	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bränemark System® External Hex NP	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bränemark System® External Hex RP	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bränemark System® External Hex WP	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Zimmer Biomet®				
Tapered Screw-Vent® 3.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tapered Screw-Vent® 5.7mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
3i External Hex RP 4,1mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
3.4mm Certain® Connection	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
4.1mm Certain® Connection	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
BioHorizons®				
Tapered Internal Implant System 3.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tapered Internal Implant System 4.5mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Tapered Internal Implant System 5.7mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
LASAK				
BioniQ Regular	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
BioniQ Narrow	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Bredent Medical				
SKY®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
copaSKY®	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
Southern Implants®				
EXTERNAL HEX Ø 3,0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
EXTERNAL HEX Ø 3,25mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
EXTERNAL HEX Ø 4,0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
EXTERNAL HEX Ø 5,0mm	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR
C-Tech Implant				
EL/Esthetic Line	++EMESA001YM	++EMESA002YP	++EMESA003YR	++EMESA003YR

Sekundāras daļas				
Produkti	Attēls	Materiāls	Pamata UDI-DI	
Docklocs stieņu abatments		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda ⁽²⁾ pārklājumu	++EMESA001YM	
Docklocs stieņu abatmentu komplekts		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ ar cirkonija oglekļa nitrīda ⁽²⁾ pārklājumu polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds (PA12) ⁽³⁾ , TPE ⁽⁶⁾ /silikons ⁽⁷⁾	++EMESA003YR	

Sistēmas skrūves					
Materiāls: titāns⁽¹⁾					
Izstrādājuma numurs	Apraksts	Pamatā UDI-DI	Izstrādājuma numurs	Apraksts	Pamatā UDI-DI
A0120	M1,6x7,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	A0140	M1,8x5,8 mm ar spēka skrūves izmēru 1,32 mm	++EMESA004YT
A0121	M1,6x6,2 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	A0141	M1,6x6,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,22 mm	++EMESA004YT
A0122	M1,6x8,5 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	P4301.1408	M1,4x8,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT
A0125	M1,8x5,5 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	P4301.1609	M1,6x9,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT
A0126	M1,8x6,7 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	AANMST	M1,8 mm zils ar spēka skrūves izmēru 1,20 mm.	++EMESA004YT
A0128	M2,0x6,5 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	AANMSF	M1,8 mm dzeltenis ar spēka skrūves izmēru 1,20 mm	++EMESA004YT
A0129	M2,0x7,5 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	APS-0001	M1,8 mm ūsi ar spēka skrūves izmēru 1,20 mm	++EMESA004YT
A0130	M2,0x8,5 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	APS-0002	M1,8 mm garš ar spēka skrūves izmēru 1,20 mm	++EMESA004YT
A0131	M2,0x6,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	00302943	M1,8x9,2 mm ar Torx	++EMESA004YT
A0134	M1,8x6,7 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	00307537	M1,6x6,4 mm ar Torx	++EMESA004YT
A0135	M1,8x5,8 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	A-P-S028	M1,6x0,25 mm 8,1 mm	++EMESA004YT
A0136	M1,6x5,7 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	A-P-R028	M1,6x0,25 mm 8,5 mm	++EMESA004YT
A0137	M1,6x4,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	QN 2191	M1,4 x 8,4 mm	++EMESA004YT
A0138	M2,0x4,0 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	QR 2103	M1,6x8,6 mm	++EMESA004YT
A0139	M1,6x7,6 mm ar spēka skrūves izmēru 1,25 mm	++EMESA004YT	A0143	M1,8x 7,0mm	++EMESA004YT

Matricas sistēma		
Produkti	Produkti	Produkti
HPP standarta apstrādes komplekts Zobu protēžu korpuss anodēts (sarkans) ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 	Standarta apstrādes komplekts Zobu protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 	Standarta apstrādes komplekts ar anodētu protēžu korpusu Zobu protēžu korpuss anodēts (rozā) ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 
Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽³⁾ (PA12), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾	Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽⁴⁾ (PA6.6), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾	Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽⁴⁾ (PA6.6), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾


Pamatā UDI-DI: ++EMESD01000KX	Pamatā UDI-DI: ++EMESD02000L6	Pamatā UDI-DI: ++EMESD02000L6
HPP paplašinātā rakursa apstrādes komplekts Zobu protēžu korpuss anodēts (sarkans) ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni sarkanš/oranžš/zaļš un bloķēšanas starplika 	Paplašinātā rakursa apstrādes komplekts Zobu protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktniem sarkanš/oranžš/zaļš un bloķēšanas starplika 	Paplašinātā rakursa apstrādes komplekts ar anodētu protēžu korpusu Zobu protēžu korpuss anodēts (rozā) ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktniem sarkanš/oranžš/zaļš un bloķēšanas starplika 

HPP apstrādes komplekts stienim Anodēts protēžu korpuss (sarkans) ar apstrādes ieliktni (dzeltens), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 	Apstrādes komplekts stienim Zobu protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (dzeltens), retensijas ieliktniem zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 	Apstrādes komplekts stienim ar anodētu protēžu korpusu Zobu protēžu korpuss anodēts (rozā) ar apstrādes ieliktni (dzeltens), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika 
Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽³⁾ (PA12), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾	Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽⁴⁾ (PA6.6), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾	Titāna sakausējums ⁽¹⁾ , polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽⁴⁾ (PA6.6), TPE ⁽⁵⁾ /silikons ⁽⁶⁾

HPP apstrādes komplekts ar cirkonija korpusu Cirkonija protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni zils/rozā/caurspīdīgs un bloķēšanas starplika  Cirkonijis, polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽³⁾ (PA12), TPE ⁽⁵⁾ / silikons ⁽⁶⁾	HPP paplašinātā rakursa apstrādes komplekts ar cirkonija korpusu Cirkonija protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (melns), retensijas ieliktni sarkans/oranžs/zāļš un bloķēšanas starplika  Cirkonijis, polietilēns ⁽⁵⁾ , poliamīds ⁽³⁾ (PA12), TPE ⁽⁵⁾ / silikons ⁽⁶⁾
Pamata UDI-DI: ++EMESD05000LT	Pamata UDI-DI: ++EMESD05000LT

Matricas sistēma			
Produkti	Attēls	Materiāls	Pamata UDI-DI
Retensijas ieliktni HPP		Poliamīds12-GB30 ⁽³⁾	++EMESB001YU
Standarta retensijas ieliktni		Poliamīds 6,6 ⁽⁴⁾	++EMESB001YU
Titāna protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (melns)		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ un PE ⁽⁵⁾	++EMESB002YW
Titāna protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni (dzeltens)		Titāna sakausējums ⁽¹⁾ un PE ⁽⁵⁾	++EMESB002YW
Cirkonija protēžu korpuss ar apstrādes ieliktni		Cirkonijis ⁽¹³⁾ un PE ⁽⁵⁾	++EMESB003YY

Sistēmas rīks ar kontraleņķa savienojumu			
Produkti	Attēls	Materiāls	Pamata UDI-DI
Skrūvgriezis sistēmas abatmentiem ar vārpstu kontraleņķa rokturiem		Kirurģiskais tērauds ⁽¹²⁾	++EMESG00122
Skrūvgriezis ar turēšanas uzmavu Docklocs abatmentiem ar vārpstu kontraleņķa rokas instrumentiem		Kirurģiskais tērauds ⁽¹²⁾ un noturošā uzmaava izgatavota no PEEK ⁽⁶⁾	++EMESG00224
Sešstūra skrūvgriezis 1,25 mm Docklocs abatmentiem un stiprinājuma skrūves ar vārpstu kontraleņķa rokas instrumentiem		Kirurģiskais tērauds ⁽¹²⁾	++EMESG00122
Skrūvgriezis ar turēšanas uzmavu Docklocs Zeramex abatmentiem ar vārpstu kontraleņķa rokas instrumentiem un ZrCN pārklājumu		Kirurģiskais tērauds ⁽¹²⁾ (ZrCN ⁽²⁾ pārklājums) un noturošā uzmaava no PEEK ⁽⁶⁾	++EMESG00326

Palīgdalas			
Produkti	Attēls	Materiāls	Pamata UDI-DI
Universāls instruments divdaļīgs		Kirurģiskais tērauds ^{(11) (12)}	++EMESH00129
Universālais instruments četrdaļīgs		Kirurģiskais tērauds ^{(11) (12)} ar ZrCN ⁽²⁾ pārklājumu un PEEK noturošo uzmavu ⁽⁶⁾	++EMESH00129
Lenķa mērišanas palīginstruments		Kirurģiskais tērauds ⁽¹⁰⁾	++EMESH00129

Sistēmas piederumi	Produkti	Attēls	Materiāls	Pamata UDI-DI
Apstrādes ieliktnis			Polietilēns ⁽⁵⁾	++EMESK0012W
Apstrādes ieliktnis stieņiem			Polietilēns ⁽⁵⁾	++EMESK0012W
Apstrādes starplika			Polioksimetilēns (POM) ⁽⁹⁾	++EMESK0012W
Nospiedumu balsts			Titāna sakausējums ⁽¹⁾ un polietilēns	++EMESK0022Y
Paralelizācijas balsts			Polietilēns ⁽⁶⁾	++EMESK0012W
Blokēšanas starplika			Silikons ⁽⁵⁾ /TPE ⁽⁶⁾	++EMESK0012W
Implanta nospieduma apvalks ar stiprinājuma skrūvi			Titāna sakausējums ⁽¹⁾	++EMESK0022Y
Nospiedumu vāciņš			Polioksimetilēns (POM) ⁽⁹⁾	++EMESK0012W
Laboratorijas analogs taisns			Titāna sakausējums ⁽¹⁾	++EMESK0022Y
Laboratorijas analogs leņķveida			Titāna sakausējums ⁽¹⁾	++EMESK0022Y
Skenēšanas vāciņš			PEEK MT ⁽⁸⁾	++EMESK0012W

23.2. Materiāla specifikācijas:

Nākamajā tabulā ir informācija par materiāliem, kas izmantoti produktu ražošanā.

Titāna sakausējums			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)									
	Standarti	Materiāla Nr.: 3.7165 EN: TiAl6V4 ELI ISO: 5832-2	C	AL	V	Y	Fe	O	N	H	Ti	
(1)	5. klasses titāns 23. klasses titāns (titāna sakausējums)		maks. .0,08	5,50- 6,50	3,50- 4,50	maks. 0,005	maks. 0,25	mak s. 0,13	maks. 0,05	maks. 0,012	Pārējais	

Pārkājums			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)								
	Abreviatūra	ZrCN	Cr + FE	O	C	N	H	Zr			
(2)	Cirkonija oglekļa nitrīds		maks. 0,20	maks. 0,18	maks. 0,50	maks. 0,025	maks. 0,005	min. 99,2			

Plastmasas			Abreviatūra									Komentārs		
(3)	Poliamīds 12									PA12-GB30	Poliamīds 12 ar 30 % stikla pērlītēm			
(4)	Poliamīds 6.6									PA6.6	Neilons			
(5)	Polietilēns									PE				
(6)	Termoplastiskie elastomēri									TPE				
(7)	Siliķs									SI				
(8)	Polīētera ētera ketons									PEEK				
(9)	Polioksimetilēns									POM				

Kirurgiskais tērauds			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)									
	Standarti	Materiāla Nr.: 1.4301 DIN EN 10088-3: X5CrNi 18-10	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	FE	
(10)	1.4301		maks. 0,03	maks. 1,00	maks. 2,00	maks. 0,045	maks. 0,03	18,0- 19,5	10,0- 10,5	maks. 0,10	Pārējais	

Standarti			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)										
	Standarti	Materiāla Nr.: 1.4305 DIN EN 10088-3: X8CrNiS18-9	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	FE
(11)	1.4305		maks. 0,10	maks. 1,00	maks. 2,00	maks. 0,045	0,15- 0,35	17,0- 19,0	8,00- 10,00	maks. 1,00	maks. 0,70	maks. 0,10	Pārējais

Standarti			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)										
	Standarti	Materiāla Nr.: 1.4035 DIN EN 10088-3: X46CrS13	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni				FE
(12)	1.4035		0,43- 0,50	maks. 1,00	maks. 1,00	maks. 0,0,0	4	maks. 0,03	12,5- 14,5	maks. 1,00			Pārējais

Cirkonijs			Ķīmiskais sastāvs (%wt.)									
	Abreviatūra	ZrO2	ZrO2	Y2O3	Al 2O 3	SiO ₂ + Fe ₂ O ₃ +Na ₂ O						
(13)	Cirkonijs	ZrO2	90,0- 95,0	4,0- 10,0	maks. 2,00	maks. 0,50						

24. ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA MARKĒJUMA SIMBOLU SKAIDROJUMS

Uz produkta uzlīmēm vai produkta pievienotajā informācijā var būt ietverti šādi simboli. Piemērotos simbolus var atrast uz produktu etiketēm vai pievienotajā informācijā.

Simbols	Nosaukums
	Ražotājs
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē
	Kataloga numurs
	Partijas numurs
	Nelietot atkārtoti
	Skatiet lietošanas pamācību
	levērojiet lietošanas pamācību Saite uz elektronisko lietošanas pamācību (eIFU): meddealis.de/IFU
	Nesterilizēt atkārtoti
	Nesterils
	Derīguma termiņš

Simbols	Nosaukums
	Izgatavošanas datums
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	Uzmanību, ievērojet brīdinājumus
	Eiropas atbilstības zīme ar pazinotās institūcijas identifikācijas numuru
	Eiropas atbilstības zīme
	Saskaņā ar ASV federālajiem likumiem šo produktu drīkst pārdot tikai zobārstam vai pēc viņa pieprasījuma.
	Daudzums
	Produkta identifikācijas numurs
	Medicīnas ierīce
	Sargāt no mitruma
	Sargāt no gaismas



MEDEALIS GmbH
Im Steinboehl 9
69518 Abtsteinach
-Vācija-
Tālrunis: + 49 (0) 6207 2032 597
office@meddealis.de
www.meddealis.de

AUTORTIESĪBAS un TIRDZNIECĪBAS NOSAUKUMS

Uz dizainu, izkārtojumu un attēliem, kā arī uz mājaslapas publikācijām attiecas Vācijas autortiesību likums. Jebkurai lietošanai, kas neatbilst autortiesību likuma juridiskajiem noteikumiem, nepieciešama rakstiska atlauja. Visi izmantotie tirdzniecības nosaukumi, iespējams, ir reģistrētas preču zīmes un negarantē bezmaksas lietošanu.

Produkti, kas markēti ar ®, ir attiecīgā ražotāja reģistrētas preču zīmes.

SRN: DE-MF-000019555